Robuste et prêt à l'emploi

Défibrillateur Philips HeartStart FRx Fournitures consommables et accessoires

PHILIPS

sense and simplicity*

* Du sens et de la simplicité

Mallettes de transport

Le défibrillateur HeartStart FRx est conçu pour être utilisé avec une mallette de transport. Deux modèles sont disponibles : une mallette standard et une mallette rigide.

Mallette de transport standard

Référence 989803139251

Composée d'uréthane, un matériau facile à nettoyer, cette mallette est suffisamment solide pour supporter chocs et chutes, et s'ouvre facilement grâce à une bande VELCRO®. Elle permet de stocker et de protéger votre défibrillateur HeartStart FRx ainsi que des accessoires fournis en option, dont une batterie de rechange, deux jeux d'électrodes, la clé de défibrillation pédiatrique et un aide-mémoire (989803138601). Elle est livrée avec une bandoulière.

Dimensions :

L x H x P = 24,1 cm x 20,3 cm x 12,7 cm

Mallette de transport rigide

Référence YC

Cette mallette de transport étanche, formée d'une coque en plastique rigide, est particulièrement adaptée pour une utilisation dans des conditions plus rigoureuses, notamment en extérieur et en environnement humide. Elle permet également de stocker une batterie de rechange, une cartouche d'électrodes supplémentaire et les différents éléments du Kit d'intervention rapide.

Dimensions :

L x H x P = 34 cm x 30 cm x 15 cm

Dispositifs de montage mural

Les dispositifs Philips de montage mural, sur un support ou dans un boîtier de fixation, vous permettent de placer les défibrillateurs dans des endroits stratégiques, pour faciliter leur accès et leur utilisation rapide.

Support pour montage mural

Référence 989803170891

Le support pour montage mural a été spécialement conçu pour recevoir le défibrillateur Philips HeartStart et ses accessoires. Une attache en plastique (M3859A) permet de sécuriser la fixation de la mallette de transport sur le montage mural. Ce scellé de sécurité prévient toute tentative de vol. Tout scellé brisé signale une manipulation de l'appareil ou de ses accessoires, qui ont alors peut-être besoin d'être renouvelés. Le Kit d'intervention rapide (68-PCHAT) peut être glissé derrière la mallette du défibrillateur.

Dimensions :

L x H x P = 27 cm x 20 cm x 17 cm

Poids : 0,52 kg

Affiche de sensibilisation à la DAE

Référence 989803170901 (Rouge)

Référence 989803170911 (Vert)

Pour sensibiliser le public à la défibrillation automatisée externe, placez cette affiche au-dessus de chaque DAE dans les lieux publics. Les schémas simples qu'elle comporte permettront aux passants de comprendre l'utilisation d'un DAE en cas d'urgence. Aux États-Unis, cette signalétique convient tout particulièrement aux lieux de travail, aux clubs de sport, ainsi qu'aux établissements publics et scolaires.

Dimensions :

L x H = 26 cm x 11 cm

Lot de posters de sensibilisation à la DAE

Référence 861476 Opt. ABA (Anglais)

Opt. ABE (Espagnol)

Opt. ABF (Français)

Placez ces posters dans les salles de repos, les secrétariats ou les vestiaires, loin des DAE, dans des lieux où les membres du personnel ou du public peuvent prendre le temps de se sensibiliser aux DAE. Ces posters comportent un espace permettant au responsable des DAE d'indiquer l'emplacement du DAE le plus proche. Lot de quatre posters.

Dimensions :

L x H = 28 cm x 43 cm

Scellé de sécurité

Référence M3859A

Pancarte murale signalant un DAE (pour les États-Unis)

Référence 989803170921 (Rouge)

Référence 989803170931 (Vert)

Une pancarte murale signalant un DAE peut être placée au-dessus du support de montage mural ou du boîtier de fixation ; elle permet de repérer facilement l'emplacement des DAE. Le montage peut être effectué de trois manières différentes, pour une visibilité optimale : montage en T, montage en V ou montage d'angle.

Dimensions :

L x H = 15 cm x 23 cm

Afin de permettre une intervention d'urgence ou de prévenir toute tentative de vol du défibrillateur, Philips propose trois boîtiers de fixation différents équipés d'une alarme et fonctionnant sur piles. Le boîtier standard dispose d'une simple alarme sonore. Deux autres types de boîtiers sont également disponibles : un modèle qui se fixe à la surface du mur et un modèle semi-encastré qui se fixe dans une encoche du mur, pour une installation plus discrète.* Ces deux boîtiers de fixation sont équipés d'une alarme sonore et d'une alarme lumineuse clignotante. Ils sont en acier lourd robuste et sont assez grands pour contenir d'autres accessoires médicaux, par exemple une bouteille d'oxygène. Vous pouvez également connecter les alarmes de ces boîtiers à votre système interne de sécurité pour assurer une centralisation et une meilleure coordination des interventions en cas d'urgence.

Boîtier standard de fixation à la surface du mur
Référence 989803136531

Dimensions :
L x H x P = 42 cm x 38 cm x 15 cm

Boîtier Premium de fixation murale
Référence PFE7024D

Dimensions :
L x H x P = 41 cm x 57 cm x 15 cm

Boîtier Premium semi-encastré
Référence PFE7023D

Dimensions :
Partie encastrée
L x H x P = 36 cm x 56 cm x 15 cm

Empreinte sur le mur
L x H x P = 42 cm x 62 cm x 6 cm

* Les recommandations de l'ADA (Americans with Disabilities Act) stipulent qu'aucun objet ne doit dépasser de plus de 10 cm dans les zones de circulation piétonne et les couloirs à moins que sa partie inférieure ne soit située à moins de 70 cm du sol.

Accessoires supplémentaires

Électrodes SMART II

Référence 989803139261

Gagnez un temps précieux dans les situations d'urgence avec ces électrodes utilisables sur les adultes comme sur les enfants. Grâce aux électrodes SMART II, vous n'avez plus à investir dans différents modèles d'électrodes selon les types de patients à traiter. Pour une protection maximale, ces électrodes pré-connectées sont conditionnées dans une cartouche semi-rigide. Elles sont équipées d'un connecteur compatible avec les adaptateurs HeartStart et permettent ainsi d'effectuer une défibrillation "mains libres" avec les défibrillateurs Philips et d'autres marques raccordés à ce type d'adaptateur. Pour les enfants de moins de 8 ans ou d'un poids inférieur à 25 kilos, vous devez utiliser la clé de défibrillation pédiatrique, si celle-ci est disponible.

Clé de défibrillation pédiatrique

Référence 989803139311

Cette clé de défibrillation pédiatrique ne peut être utilisée avec le défibrillateur FRx que lors d'une intervention sur un nourrisson ou un enfant (âgé de moins 8 ans ou d'un poids inférieur à 25 kilos). Une fois la clé insérée, l'appareil va aussitôt réduire le niveau d'énergie au seuil approprié pour la défibrillation pédiatrique et adapter en conséquence les messages vocaux et visuels ainsi que les instructions d'aide à la RCP. Le schéma figurant sur la clé vous indique le positionnement correct des électrodes sur un nourrisson ou un enfant.

Batterie longue durée

Référence M5070A

Le défibrillateur FRx fonctionne avec une batterie non rechargeable, au lithium-dioxyde de manganèse, dont la durée de vie est particulièrement longue : quatre ans environ en fonctionnement, cinq ans si elle n'est pas installée dans l'appareil. Vous devez conserver une batterie de rechange avec le défibrillateur. Si l'appareil est fréquemment utilisé pour des formations et/ou des démonstrations, vous devez acheter des batteries supplémentaires.

Batterie spéciale Aviation, pour défibrillateur FRx

Référence 989803139301 (disponible aux États-Unis uniquement)

La batterie spéciale Aviation présente les mêmes caractéristiques que la batterie standard d'une durée de vie de quatre ans ; elle est en outre conforme à la réglementation FAA TSO C-142 et permet donc l'utilisation de l'appareil dans les avions commerciaux.

Kit d'intervention rapide

Référence 68-PCHAT

Le Kit d'intervention rapide comprend tous les accessoires nécessaires pour assurer les soins patient et la protection du personnel : deux paires de gants hypoallergéniques en nitrile, un masque de poche, des ciseaux équipés d'embouts protecteurs, un rasoir de préparation et une grande serviette en papier super absorbant. Tous les accessoires sont rangés dans une pochette zippée qui s'attache à la poignée de la mallette de transport du FRx.

Dimensions :

24 cm (L) x 14 cm (H)

Adaptateurs HeartStart

Les électrodes Smart modèle II peuvent être utilisées avec les défibrillateurs d'autres fabricants, via les adaptateurs Philips HeartStart.

Configuration permanente

Configuration amovible

Adaptateur modèle 05-10200

Se branche sur les câbles mains libres M3507A ou M1750A/B pour une connexion aux défibrillateurs/moniteurs Hewlett-Packard CodeMaster 100, XE, XL et XL+, Philips Heartstream/HeartStart XL et XLT, HeartStart MRx et Laerdal HeartStart 4000.

Adaptateur modèle 05-10000

Adaptateur amovible pour les défibrillateurs Medtronic Physio Control Quik Combo LifePak 9, 10C, 11, 12, 20 et 500.

Adaptateur modèle 05-10100

Adaptateur amovible pour les défibrillateurs Zoll 1200, 1400, 1600 et Série M.

Outils de formation

Électrodes SMART II de formation

Référence 989803139271

Les électrodes de formation modèle II peuvent être utilisées avec le HeartStart FRx ou le simulateur HeartStart FRx sur un mannequin, connecté à un adaptateur externe (M5089A), ou sur un guide de positionnement des électrodes (M5090A pour adultes ; 989803139281 pour nourrissons et enfants). Pour la formation à l'utilisation du défibrillateur HeartStart FRx, il suffit de les connecter au défibrillateur pour inhiber la capacité de l'appareil à délivrer un choc et activer le mode formation.

L'utilisateur peut alors exécuter l'un des huit scénarios d'urgence différents. Selon la cartouche utilisée (pour la défibrillation sur adultes ou sur nourrissons/enfants*), les instructions vocales de l'appareil, concernant notamment la réanimation cardio-pulmonaire (RCP), s'adaptent au patient à traiter dans le cadre de la formation.

Chaque cartouche d'électrodes de formation comprend un jeu d'électrodes adhésives réutilisables avec câble et connecteur intégrés. L'emballage contient également un guide de positionnement des électrodes pour adultes, des instructions illustrées par des schémas sur l'installation de la cartouche et un manuel d'utilisation. Vous pouvez également vous procurer une cartouche de rechange (989803139291) comportant uniquement un jeu d'électrodes de simulation adhésives avec câble et connecteur. Enfin, il existe aussi un guide de positionnement des électrodes pour nourrissons et enfants (989803139281).

Défibrillateur de formation HeartStart FRx Trainer

Référence 861306

Spécialement étudiée pour la formation, cette version du défibrillateur HeartStart FRx comprend le Trainer, un appareil conçu pour la formation, les électrodes de formation modèle II, une mallette de transport, un manuel d'utilisation, un aide-mémoire et un adaptateur externe pour mannequin. Ce kit peut être utilisé sur un mannequin, connecté à un adaptateur interne (M5088A) ou externe (M5089A).

Kit de formation pour instructeur

Kit complet, référence 989803139321

DVD seul, référence 989803139341

Le kit de formation pour instructeur comprend un DVD et un CD-rom contenant des supports de formation et des présentations pour former des groupes à l'utilisation du défibrillateur HeartStart FRx. Un DVD de formation peut également être acquis indépendamment du kit de formation.

Clé de défibrillation pédiatrique

Référence 989803139311

La clé de défibrillation pédiatrique peut être utilisée pour simuler la défibrillation d'un nourrisson ou d'un enfant lors de la formation avec le HeartStart FRx Trainer ou avec le DAE HeartStart FRx équipé d'électrodes de formation modèle II.

* Pour faciliter la formation à la défibrillation sur un nourrisson ou un enfant, il faut insérer la clé de défibrillation pédiatrique (98980339311).

Gestion des données

Philips propose une vaste gamme d'outils pour vous aider à configurer efficacement vos défibrillateurs HeartStart et vous permettre de télécharger, transmettre, partager, analyser vos données liées à la réanimation et ensuite de générer des rapports. Vous pouvez ainsi, en association avec votre directeur médical, affiner votre intervention en cas d'urgence cardiaque. Que vous dirigiez un programme d'accès public à la défibrillation, un programme de formation aux DAE, une équipe d'intervention d'urgence professionnelle, une assistance médicale d'urgence ou le service réanimation de votre établissement, la suite logicielle Event Review propose les outils dont vous avez besoin pour gérer les données de votre défibrillateur.

HeartStart Review Express

Constituant notre outil le plus simple de gestion des données, pour un aperçu rapide des données de défibrillation, l'application Review Express vous permet de télécharger un ECG à partir de votre défibrillateur, de le visualiser et de l'imprimer. Téléchargez gratuitement ce programme sur le site Web de Philips à l'adresse suivante : (www.medical.philips.com/goto/eventreview). Si vous souhaitez stocker des données patient ou y ajouter des annotations, nous vous conseillons l'un des autres produits logiciels de la gamme Event Review : Data Messenger, Event Review ou Event Review Pro.

Data Messenger

Référence 861451 Opt A01

L'application HeartStart Data Messenger vous aide à transférer les données recueillies par le défibrillateur là où vous en avez besoin. C'est un outil idéal pour les pompiers et les services d'urgence qui souhaitent télécharger les données d'un incident à partir d'un DAE, pour les envoyer à un gestionnaire de données ou au directeur médical ; cela leur permet ensuite d'analyser ces données à l'aide des programmes de gestion de données plus complets, tels que Event Review ou Event Review Pro. Vous pouvez configurer l'application HeartStart Data Messenger pour qu'elle fonctionne automatiquement en arrière-plan. Vous pouvez également la configurer comme un assistant simple d'utilisation qui vous guide à travers les étapes nécessaires pour télécharger, afficher et transférer les données patient. Exécutable sur PC ou Smartphone.

Event Review

Référence M3834A (Utilisateur unique)
ou 861489 (Licence multi-utilisateur)

L'application Event Review vous permet de décharger les données patient provenant de votre défibrillateur, de les visualiser sur votre PC puis de les annoter. Il est également possible d'ajouter des informations relatives à l'intervention de base et à l'état du patient. Vous pouvez enregistrer le dossier d'incident dans un fichier ou dans une base de données ce qui permet ensuite d'effectuer des recherches et de générer des rapports concernant cet incident. Vous avez la possibilité d'utiliser Event Review pour configurer votre

défibrillateur FRx ou HS1 Grand Public.* Deux versions sont disponibles : mono-utilisateur ou multi-utilisateur illimitée au sein de l'établissement.

Event Review Pro

Référence 861431 Option A01 – Licence mono-utilisateur

Référence 861431 Option A03 – Licence pour site

Event Review Pro est notre outil complet de gestion des données destiné aux gestionnaires de données et aux directeurs médicaux les plus exigeants ; il offre une interface de saisie de données plus détaillée permettant de consigner tous les aspects d'une intervention, notamment les délais d'intervention précis, les détails de l'intervention et les observations patient. Outre le compte-rendu relatif à chaque intervention, cet outil génère des rapports conformes aux directives d'Utstein et des graphiques de l'ensemble des délais d'intervention de votre structure afin d'optimiser la gestion de votre service.

* Toute modification apportée aux valeurs par défaut ne doit être effectuée que par du personnel autorisé et sous le contrôle d'un professionnel de santé. Ce produit ne peut être acquis que par un médecin ou sous la supervision d'un médecin.

Câble de transmission de données par infrarouge

Référence ACT-IR

Lorsqu'il est connecté à un PC équipé du logiciel HeartStart Review Express, Review Express Connect, Event Review ou Event Review Pro, le câble de transmission de données par infrarouges vous permet de rappeler des données patient à partir de votre défibrillateur FRx à des fins d'archivage permanent, de visualisation ou de documentation.

HeartStart Configure

Référence 861487

HeartStart Configure vous permet de vérifier et de modifier la configuration de votre défibrillateur FRx ou HS1 Grand Public à l'aide de votre assistant personnel numérique (Pocket PC). Il suffit de quelques pressions sur l'écran de l'assistant pour afficher la configuration actuelle de votre défibrillateur, réinitialiser ses valeurs par défaut ou modifier les réglages individuellement en fonction des préférences de votre chef de service, avant de les transférer ensuite au défibrillateur. Afin d'optimiser la gestion de la configuration et de la programmation de votre défibrillateur, vous pouvez enregistrer les valeurs ainsi définies dans un fichier sur votre Smartphone. Cela vous permettra de charger la même configuration sur tous vos DAE, ainsi que de conserver une trace des réglages autorisés.

Remarque : la visualisation de l'ECG avec ce programme permet uniquement d'identifier le rythme de base ; elle ne peut en aucun cas être utilisée à des fins diagnostiques ni pour l'analyse du segment ST. La visualisation de l'ECG nécessite un écran haute résolution et un système d'exploitation Palm OS® 5.0 ou une version ultérieure.

Philips Healthcare, une des Activités de Royal Philips Electronics

Comment nous contacter
www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com
Télécopie : +31 40 27 64 887

Asie
Tél. : +49 7031 463 2254

Europe, Moyen-Orient, Afrique
Tél. : +49 7031 463 2254

Amérique latine
Tél. : +55 11 2125 0744

Amérique du Nord
Tél. : +1 425 487 7000
800 285 5585 (appel gratuit, aux États-Unis uniquement)

Belgique/Luxembourg
Tél. : +32 2 575 7100

Canada
Tél. : 800 291 6743

France
Tél. : 0 825 89 43 43

Suisse romande
Tél. : 800 80 10 23

Consultez le site www.philips.com/frx.

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Philips Medical Systems Nederland B.V. se réserve le droit d'apporter des modifications aux caractéristiques techniques et/ou d'arrêter la production de tout produit, à tout moment et sans obligation de préavis, et ne pourra être tenu pour responsable de toute conséquence résultant de l'utilisation de cette publication.

Philips Healthcare, une des Activités de Royal Philips Electronics

www.philips.com/healthcare
healthcare@philips.com
Fax : +31 40 27 64 887

Imprimé aux Pays-Bas
4522 962 61632 * JUN 2012

Défibrillateurs HeartStart
+1 978 659 3332
800 263 3342 (appel gratuit, États-Unis uniquement)